中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0187

北京市计量检测科学研究院

Beijing Institute of Metrology

17004656001-11-F10336

校准证书

Calibration Certificate

证书编号：
Certificate No. RA18S-GA035391

委托单位 Client	江苏省精创电气股份有限公司
物品名称 Name of Item	GSP温湿度记录仪
型号/规格 Model / Specification	GSP-8
物品编号 Serial No.	/
制造单位 Manufacturer	江苏省精创电气股份有限公司
委托单位地址 Address of the Client	江苏省徐州市铜山新区黄山路1号

职务 Function	室主任	批准人 Approved by	吴健
		核验员 Checked by	[illegible]
		校准员 Calibrated by	[illegible]

校准日期 Date of Calibration 2018 年 Year 11 月 Month 27 日 Day

机构注册号：Registration No. CNAS L0187
地址：Address: 北京市朝阳区安苑东里一区12号 No.12, 1 block,Anyuandongli,Chaoyang District,Beijing
电话(Tel): (010)57521549
传真(Fax): (010)57521500
邮编(Post Code): 100029
电子信箱(E-mail): jly@bjjl.cn

北京市计量检测科学研究院校准证书
Calibration Certificate of BIM

证书编号：
Certificate No. RA18S-GA035391

北京市计量检测科学研究院是国家法定计量检定机构，是中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可实验室。

Beijing Institute of Metrology(BIM) is a National Legal Metrological Verification Organization and an accredited laboratory of CNAS.

校准依据 Calibration Reference	JJF 1366-2012温度数据采集仪校准规范 JJF 1076-2001湿度传感器校准规范 参照JJG 205-2005机械式温湿度计检定规程					
溯源性说明 Traceability	本次校准使用的计量标准器具的量值可溯源至温度、湿度国家基准					
校准地点 Calibration Location	北京市朝阳区安苑东里一区14号3202房间					
环境条件 Environmental conditions	温度(℃) temperature(℃)	23.0	相对湿度(%) Relative humidity(%)	45	其它 Other	/

本次校准所使用的主要计量标准器
Measurement Standards for Calibration

名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty /Accuracy Class/MPE	证书编号 Certificate No.	有效期至 Date of Expiry
精密露点仪	露点：（-35～+50）℃ 温度：（-50～+100）℃	露点：±0.2℃；温度：±0.1℃	HXsp2017-3498	2018-12-13
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

○ 本证书以中英文两种语言表达，准确含义以中文为准。
The certificate is reported in both English and Chinese, with the Chinese version as standard.

○ 本证书未加盖校准专用章无效
The certificate is invalid without the calibration seal of BIM.

○ 被校物品修理后，应立即重新校准。
Recalibrate the item as soon as it is repaired.

○ 在使用过程中，如对被校物品的技术指标产生怀疑，请重新校准。
Recalibrate the item if there are any doubts about its performance.

○ 根据顾客的要求，复校时间间隔为（ / ）个月。
According to requirements of the client, the calibration interval should be (/) months.

未经本院书面批准，不得部分复制本证书。
This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of BIM.

校 准 结 果

Results of Calibration

温度标准值（℃）	被检仪器显示值（℃）	示值误差 （℃）
-20.1	-20.0	+0.1
-0.1	-0.1	0.0
39.8	39.6	-0.2

在20.0℃条件下测量湿度值：

湿度标准值（%RH）	被检仪器显示值（%RH）	示值误差 （%RH）
40.1	40.9	+0.8
59.9	60.0	+0.1
79.9	77.8	-2.1

测量结果的扩展不确定度： 温度：U = 0.2 ℃ (k=2)

湿度：U = 1.1 %RH (k=2)

以下空白(End)

证书骑缝专用章(2)

未经本院书面批准，不得部分复制本证书。
This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of BIM.